自动监测设备故障情况说明

单位名称：	北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂		
所 在 区：	经济技术开发区	地　　址：	北京经济技术开发区西环南路 8 号
联 系 人：	李宏远	联系方式：	18210709776
故障时间：	2019 年 8 月 27 日 19 点到 2019 年 8 月 28 日 0 点		

故障描述：

北京同仁堂股份有限公司废水总排口 COD 仪表，由于在抽水时抽上了水中的悬浮物，在测量完毕排空废液时，悬浮物附着在了测速器检测管的内壁上，影响测速器检测信号，导致设备在废液排空的情况下依然检测到废液未排尽，设备报警，停止测量，使故障期间 COD 数据超标并一致，发现后，排查仪表，清理测速器检测管，现已恢复正常，以上请知悉！

单位名称（公章）

2019 年 8 月 28 日

扫描全能王 创建